



Herstedøstervej 19  
DK-2600 Glostrup  
www.duotec.dk  
info@duotec.dk

## Service rapport

Udstedt 13-12-2021

Kunde : PN Engineering ApS

Type : ppbRAE 3000

Serienummer : 594-908231

FW version : 2.22A

**Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.**

**Bemærkninger:**

Instrumentet er i diagnosefunktion testet for: Sensorrespons, lampekvalitet, pumpeflow, pumpeblokering, fugtfølsomhed og fugtkompensering.

PID lampe og PID sensor er rensset. Pumpe repareret.

Instrument kalibreret.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
	:			

		STEL	TWA	LAV	HØJ	
Alarmgrænser	:	Isobutene ppb				
	:	Isobutene ppm	25	10	1	5
	:					
	:					

Kalibreringsgas	:	ISO	10 ppm	Certifikat:	3021981
-----------------	---	-----	--------	-------------	---------

Kalibreringsdato : 13-12-2021

Næste kalibrering : 13-12-2022

Godkendt af : Tekniker

Stig Karlson

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,  
Bedfont, Ion Science, MRU Messgeräte