



Herstegøstervej 19
DK-2600 Glostrup
www.duotec.dk
info@duotec.dk

Service rapport

Udstedt 13-12-2021

Kunde : PN Engineering ApS

Type : ppbRAE 3000
Serienummer : 594-916470
FW version : 2.22A

Ovenstående instrument er blevet kalibreret og testet med certificeret, sporbar kalibreringsgas og er godkendt.

Bemærkninger:

Instrumentet er i diagnosefunktion testet for: Sensorrespons, lampekvalitet, pumpeflow, pumpeblokering, fugtfølsomhed og fugtkompensering.

PID lampe, PID sensor og pumpe er rensset.
Instrument kalibreret.

Sensortype	:	PID (10,6 eV)		
	:			

		STEL	TWA	LAV	HØJ	
Alarmgrænser	:	Isobutene ppb				
	:	Isobutene ppm	25	10	1	5
	:					
	:					

Kalibreringsgas	:	ISO	10 ppm	Certifikat:	3021981
-----------------	---	-----	--------	-------------	---------

Kalibreringsdato : 13-12-2021

Næste kalibrering : 13-12-2022

Godkendt af : Tekniker

Stig Karlson

Autoriseret Service Centre for:

BW by Honeywell, RAE Systems by Honeywell, Bieler & Lang,